



Stand-Serie

DE

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

EN

General Safety Instructions and Warnings

FR

Consignes de sécurité et mises en garde générales

IT

Istruzioni e avvertenze generali di sicurezza

ES

Indicaciones generales de seguridad y advertencias

PT

Instruções gerais de segurança e advertências

HU

Opće sigurnosne upute i upozorenja

NL

Algemene veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

NO

Generelle sikkerhets- og advarselsmerknader

DK

Generelle sikkerheds- og advarselsoplysninger

SE

Allmänna säkerhetsanvisningar och varningar

FI

telineen yleiset turvallisuus- ja varoitusohjeet



Insors® GmbH
Struthof 2
55595 Münchwald- Germany
TEL: 0049 6706 915 6130
FAX: 0049 6706 915 1640
info@insors.de
www.insors.de



Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für die „Stand“- Serie

1. Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der UDAPTION®-Serie entschieden haben.
 Bitte lesen Sie diese Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie das Produkt benutzen.
 Eine sachgemäße Benutzung erfordert weitere Informationen aus der Anleitung „Montage und Bedienen“ und den Reinigungshinweisen. Diese finden Sie auf der Homepage www.udaption.com unter dem jeweiligen Produkt.
 Bitte beachten Sie zusätzlich die Hinweise, die ggfls. auf den Produkten selbst platziert sind.
 Bei einer Weitergabe des Produktes müssen alle hier genannten Unterlagen dem Produkt beigelegt werden, damit der Folgenutzer über alle notwendigen Informationen verfügen kann.
 Die Udaption®-Serie ist ein Zubehör für Hilfsmittel aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK), der Informationsbeschaffung (IT) und der Umfeldkontrolle (ECU).

Symbolik

Sicherheits- und Warnhinweise

-  Warnung vor erheblichem Schadensrisiko für den Anwender, das adaptierte Hilfsmittel oder das Produkt der Udaption®-Serie selbst bei Missachtung dieser Hinweise.
-  Warnung vor erheblichem Verletzungsrisiko für den Anwender bei Missachtung dieser Hinweise.
-  Warnhinweis auf mögliche Schäden oder Fehlfunktionen am Produkt bei Missachtung dieser Hinweise.
-  Hinweis auf den Verlust des Gewährleistungsanspruches bei Missachtung des Verbotes.
-  Hinweis auf die besondere Aufmerksamkeit für den Anwender, die hier geboten ist!
-  Hinweis auf korrekte Handhabung bzw. Einstellung
-  Hinweis auf Handhabung bzw. Einstellungen, die im Rahmen der Akzeptanz liegen.
-  Hinweis auf inkorrekte / unzulässige Einstellung bzw. Handhabung.
-  Schließen / Zudrehen
-  Öffnen / Aufdrehen
-  Halb öffnen bzw. schließen / Halb aufdrehen bzw. zudrehen.
-  Hinweis auf Zubehör /Anbauteile mit gesonderter Gebrauchsanweisung.

Kennzeichnungen auf Anleitungen, Verpackungen, Produkten und Zubehör

UKCA UKCA ist die Produktkennzeichnung, die bestätigt, dass das Produkt in England, Schottland und Wales in Verkehr gebracht werden darf, da es deren Anforderungen entspricht.

CE Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.

 Gebrauchsanleitung beachten!

 Artikelnummer

 Seriennummer

 Chargenkennzeichnung

 Medical device / Medizinprodukt

 Unique Device Identification

 Erstickungsgefahr (Nutzerausschluss / Warnhinweise Zugänglichkeit)

 Vor Nässe schützen

 Nicht wiederverwenden

 Hersteller

 Herstellungsdatum

Zweckbestimmung / Verwendungszweck

Die Udaption® „Stand-Serie“ (V-Stand, U-Stand, Star-Stand) sind auf Rollen stehende Stative, um die Nutzbarkeit von Medizinprodukten aus den Bereichen UK (unterstützte Kommunikation), Umfeldkontrollsystmen, IT (Informationstechnologien) herzustellen. Sie bestehen aus einem Untergestell (Rollenträger), einer darauf platzierten höhenverstellbaren Vertikalsäule und einer daran befestigten horizontal verlaufenden, verstellbaren Halterungseinheit mit Geräteadoptionskopf bestehen. Die Vertikalsäule und die Halterungseinheit mit Geräteadoptionskopf, sind variabel einstellbar. Sie ermöglichen somit, das zu adaptierende Hilfsmittel optimal an die Bedienposition des Anwenders und dessen Bedienwege anzupassen. Das optimal ausgerichtete Hilfsmittel wird durch den Nutzer aus den Positionen: Vor, oder unter dem Ständer, sitzend oder liegend bedient. Der Geräteadoptionskopf verfügt über einen Schnelladapter (Trapezaufnahme), der mittels eines passenden Gegenstückes (Trapez), welches am Hilfsmittel fest verschraubt ist, eine schnelle und sichere Verbindung / Adaption erlaubt. Das Lösen dieser Verbindung ist ebenso einfach und schnell zu realisieren. Diese oben erwähnten Medizinprodukte, kommen zum Einsatz, wenn die üblichen Bedienwege für die Nutzer, durch eine vorliegende Behinderung nicht zur Verfügung stehen (Kompensation der Behinderung). Erst durch die Halterungen der Udaption Stand-Serie, können diese Medizinprodukte zum Einsatz kommen und ermöglichen somit grundsätzlich die Nutzbarkeit der Medizinprodukte für die vorgesehene Nutzergruppe.

Die Udaption® „Stand-Serie“ ist ein Zubehör für Hilfsmittel und ist weder lebenserhaltend noch - unterstützend.

Verwendungsorte: Trockene Innenräume

Weitere technische Daten und Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungs- und Aufbauanleitung, sowie der Anleitung zum Reinigen und Desinfizieren der Udaption® Serie.

Indikationen: Personen, die auf adaptive Technologien angewiesen sind, um zu kommunizieren (UK), Zugang zu Informationstechnologien (IT) zu nutzen oder ihr Umfeld zu steuern (ECU).

Kontraindikationen: Keine

Patientenzielgruppe: Menschen mit erheblich motorischen Einschränkungen, auch im Zusammenhang mit Einschränkungen der Kommunikationsfähigkeit, aufgrund von Krankheiten und Behinderungen (sowohl erworbener, erblicher oder degenerativer Natur).

Darunter fallen unter anderem:

Infantile Zerebralparese, - Neuromuskuläre Erkrankungen wie ALS, Muskeldystrophien, MS, - Schädigung des Rückenmarks mit tetraplegischer Ausbildung, Mehrfachamputation,- Erworbene Hirnschädigungen durch Schlaganfälle, SHT oder entzündliche Prozesse, - Rett Syndrom, Angelman Syndrom oder weitere schwere Mehrfachbehinderungen

Vorgesehene Anwender:

- **Aufbau und Inbetriebnahme:** Qualifizierte Fachhändler oder andere Versorger mit entsprechendem Fachwissen.
- **Bedienung:** Assistenz, Pflege, Familienangehörige, Therapeuten und andere im Patientenumfeld agierende Menschen, die Kenntnis über die Handhabung der Udaption® „Stand-Serie“ besitzen.

Bei Indikationen mit entsprechend ausgeprägten, motorischen Fähigkeiten, kann ein Bedienen durch den Nutzer selbst, zumindest in Teilen, nicht ausgeschlossen werden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang mit den Angaben in der Anleitung „Montage und Bedienen“ des jeweiligen Produktes. Gegebenenfalls sind zusätzlich ergänzende Produkte notwendig, um das Produkt im vollen Umfang nutzen zu können. Sollten diese nicht vorhanden oder unvollständig sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle.

2. Sicherheit

Die Produkte aus der Udaption® Serie der Insors® GmbH entsprechen allen Spezifikationen und Normen für Medizinprodukte. Um jedoch einen sicheren Aufbau, Betrieb und Wiedereinsatz der Udaption® Serie zu gewährleisten, sind folgende Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten:

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Der **Einsatz von nicht zugelassenem Zubehör** oder unzulässige Veränderungen am Produkt können zur Gefährdung und/oder zu Verletzungen von Personen und zu Sachschäden führen.



Verwenden Sie daher **nur Zubehörteile, die von Insors® GmbH** für die Kombination mit dem jeweiligen Produkt zugelassen sind oder über genormte Verbindungsmöglichkeiten verfügen.



Veränderungen am Produkt nur gemäß der zugehörigen **Montage- und Bedienungsanleitung** vornehmen, oder wenn die **Veränderungen** von Insors® GmbH **schriftlich freigegeben** sind.



Achten Sie auf die **korrekte Montage** gemäß Montageanleitung. Fehlerhafte Montage kann die Stabilität und Funktion des Produkts beeinträchtigen und weiterhin Schäden an dem adaptierten Hilfsmittel verursachen oder sogar zu körperlichen Verletzungen führen.



Im Lieferumfang enthaltene **Kleinteile** und Verpackungsmaterial sind **außerhalb der Reichweite von Kindern** aufzubewahren. Es besteht Erstickungsgefahr.



Beachten Sie das **max. zulässige Adoptionsgewicht** des Produktes und der Adoptionsbasis (Rollstuhl, Bett, Wand usw.), um **Beschädigungen** am Insors® GmbH-Produkt oder an der Adoptionsbasis zu **verhindern**.



Keine Gewalt bzw. zu hohe Kräfte anwenden. Dies kann das Insors®GmbH Produkt bzw. das adaptierte Hilfsmittel beschädigen.



Achtung Klemmgefahr! Achten Sie bei der Montage / Verwendung der Insors®GmbH-Produkte stets darauf, dass Körperteile von bewegten Teilen der Halterungen möglichst nicht berührt werden.



Wir appellieren, das adaptierte **Hilfsmittel nicht über die Standflächen** der „Stand“-Serie (Untergestell mit Rollen) **hinaus ragen zu lassen**. Ist dies dennoch der Fall, so besteht **erhöhte Kippgefahr**. Weiterhin besteht durch das herausragende Hilfsmittel erhöhte Kollisionsgefahr beim Transfer der Einheit.



Beim **Bewegen des Rollständers** der „Stand“-Serie über stark **unebenen Boden**, entnehmen Sie bitte vorher das **adaptierte Hilfsmittel**, um Schäden daran zu vermeiden.



Beim **Bewegen des Rollständers** der „Stand“-Serie umfassen Sie unbedingt die Säule mit beiden Händen, um ein starkes Wackeln oder Kippen des Ständers zu verhindern.



Beim **Bewegen** des Ständers ist auf das Fahrgestell zu achten, um **Kollisionen** mit Gegenständen und Personen zu **vermeiden**.



Verwenden Sie die „Stand“-Serie **nur auf ebenen Flächen ohne Gefälle**.



Die „Stand“-Serie ist **nur** zum Gebrauch in **trockenen Innenräumen** geeignet.



Umlaufen Sie die „Stand“-Serie mit genügend **Abstand**, um einem **Stolpern oder Verletzungen vorzubeugen**.



Die höhenverstellbare Säule und der gasfederunterstützte Hoover-Arm können beim **Lösen der Arretierung**, bzw. beim **Entnehmen des adaptierten Hilfsmittels**, schnelle Aufwärtsbewegungen ausführen, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie daher **keine Körperteile über den Ständer oder das Hilfsmittel**, wenn Sie diese Tätigkeiten ausführen.



Verwenden Sie die „Stand“-Serie **nur bei aktivierten Rollenbremsen**. Denken Sie auch **nach dem Verschieben** des Ständers an das Aktivieren aller Bremsen.



Produkte der Uadaption®Serie werden nutzungsbereit ausgeliefert. Verwenden Sie **keine Schmiermittel, Lösungsmittel** oder ähnliches. Der Einsatz solcher Mittel darf **nur** im Rahmen einer Wartung / Instandsetzung **von geschultem Fachpersonal** vorgenommen werden. Siehe Kapitel „Wartung und Instandsetzung“



Entnehmen Sie vor dem Transport des Uadaption® Stand Produkts, bzw. dem Lösen der Schrauben und Hebel, alle adaptierten Hilfsmittel um deren Beschädigung zu verhindern.



Befestigen Sie keine Gegenstände dauerhaft, die nicht zum Nutzungsumfang gehören, am Produkt der Uadaption®-Serie, da dies dessen Funktion und die Stabilität negativ beeinträchtigen kann.



Alle auf dem Produkt befindlichen Sicherheits- und Warnhinweise müssen stets gut sichtbar bleiben.

3. Verantwortlichkeit



Achten Sie auf eine **korrekte und stabile Montage** des Produkts, um es wie vorgesehen benutzen zu können. Insors®GmbH schließt jegliche Haftung durch eine unsachgemäße Montage aus.

Die **Verantwortung** für die Montage, die Inbetriebnahme und die Einweisung obliegt dem **Fachpersonal** der Bezugsquelle. Für die Sicherheit und Funktion während der Nutzung liegt die Verantwortung bei **den Nutzern**.

4. Lebensdauer



Die Verwendung eines Uadaption®Produktes über den vorgesehenen Verwendungszeitraum hinaus, birgt erhöhte Risiken. Daher sollte vorher, durch Fachpersonal (Hilfsmittellieferant), eine Einschätzung getroffen werden, inwieweit das Produkt durch evtl. Aufarbeitung / Wartung einer weiteren Nutzungsdauer zugeführt werden kann.

5. Sicherheit für Personen mit eingeschränktem Urteilsvermögen



Insors®GmbH Produkte sind kein Spielzeug! Sie dürfen daher nicht von Kindern bzw. Personen mit eingeschränktem Urteilsvermögen zum Spielen benutzt werden.



Es besteht sonst die Gefahr für Verletzungen, bzw. Beschädigung an den Insors®GmbH Produkten oder den adaptierten Hilfsmitteln.



Beim Aufbau bzw. Umbau von Produkten der Udaption®Serie können Kleinstteile separiert werden (Gefahr des Verschluckens), oder andere verletzungsgefährdende Situationen entstehen. Kleine Kinder bzw. Menschen mit eingeschränktem Urteilsvermögen sollten die Udaption®-Produkte nicht ohne Aufsicht durch betreuende Personen modifizieren können.

6. Schwerwiegende Fälle melden

Bitte melden Sie alle Vorkommnisse an folgende E-Mailadresse (customercare@insors.de). Ein „Vorkommnis“ bezeichnet eine Fehlfunktion oder Verschlechterung der Eigenschaften oder Leistung des Insors®GmbH-Produkts, einschließlich Anwendungsfehlern aufgrund ergonomischer Merkmale, sowie eine Unzulänglichkeit der von Insors®GmbH oder der Bezugsquelle bereitgestellten Informationen oder eine unerwünschte Nebenwirkung (Quelle MDR). Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind Insors®GmbH zu melden.

7. Montage

Die Montage der Insors®GmbH -Produkte ist nach den Vorgaben in der Anleitung „Montage und Bedienen“ und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise (dieses Dokument) durchzuführen.

Das Adaptieren der Hilfsmittel an den Insors®GmbH-Produkten darf ausschließlich nach den Vorgaben der Hilfsmittelhersteller oder/und nach den Spezifikationen von Insors®GmbH erfolgen.

8. Wartung und Instandsetzung

Ein beschädigtes Produkt oder verschlissene Komponenten können Nutzer oder Dritte Personen verletzen. Bitte benutzen Sie das Produkt nur dann, wenn Sie einen Defekt / Verschleiß ausschließen können. Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle.

Eine Reparatur / Wartung oder eine sicherheitstechnische Kontrolle darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

In Abhängigkeit der Nutzungsintensität ist eine jährliche Wartung zu empfehlen (starke Nutzung). Gemäß §§ 3 und 7 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV) ist eine Sicherheitstechnische Überprüfung = **Wartung, mindestens alle 2 Jahre empfohlen**.

Gemäß §7 (MPBetreibV) liegt die Verantwortung bei Ihrem Hilfsmittellieferanten. Kontaktieren Sie diesen daher frühzeitig.

9. Prüfung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs:

Damit ein bestimmungsgemäßer Gebrauch sichergestellt ist, müssen alle Verbindungen an Insors®GmbH-Produkten gemäß der Anleitung „Montage und Bedienen“ eingestellt werden. Geschraubte Verbindungen dürfen dabei nicht mit Gewalt festgezogen werden. Falls ein ungewöhnlicher Kraftaufwand zum Klemmen einer Verbindung notwendig ist, veranlassen Sie eine Überprüfung des Produktes durch geschultes Fachpersonal.

Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass eine sichere Nutzung gewährleistet ist. Detaillierte Informationen sowie Hilfestellung bei Fragen rund um Wartung und Service erhalten Sie von Ihrem Hilfsmittelberater / -Lieferanten oder direkt von Insors®GmbH.

10. Generelle Reinigungshinweise:

Produkte der Udaption®-Serie sollten in regelmäßigen Abständen, in Abhängigkeit der Verwendungsintensität und des Verwendungsumfeldes, gereinigt werden.

Dadurch wird eine einwandfreie Hygiene und Funktionalität gewährleistet.

Verantwortlich für die Reinigung der Udaption®-Produkte ist ausschließlich der Anwender bzw. sein betreuendes Umfeld. Das Ignorieren dieser Aufforderung kann zum Verlust der Produktgarantie führen, sowie den klinischen Zustand und die Sicherheit von Anwendern und/oder Betreuern beeinträchtigen.

Die dazu notwendige Anleitung „Reinigungs- und Desinfektions-Richtlinien“ finden Sie auf unserer Webseite (www.udaption.com) bei dem jeweiligen Produkt.

Kurzfassung: Tragen Sie bitte Schutzhandschuhe. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in Rohre, Lager oder Gelenke eindringen kann.

Alle Teile mit warmem Wasser und **scheuermittelfreiem** Reinigungsmittel mit einem ausgewrungenem Lappen abwischen. Danach mit trockenem, fusselfreiem Tuch nachwischen / abtrocknen. Alle Oberflächen, mit denen die Nutzer in Berührung kommen, desinfizieren (Alkoholtücher 70%). Das Udaption®-Produkt kann anschließend mit einem Papiertuch getrocknet werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

11. Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer (unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsintensität und Anzahl der Wiederverwendung) beträgt 5 Jahre.

Vorausgesetzt sind der zweckbestimmte, bestimmungsgemäße Gebrauch, eingehaltene Service- und Wartungsintervalle und die Einhaltung der Vorgaben aus der Anleitung „Montage und Bedienen“, „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise“ und den „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“.

Die angegebene Lebensdauer von 5 Jahren ist keine garantierte Lebensdauer und unterliegt einer Einzelfallprüfung durch qualifiziertes Personal z.B. bei einem Wiedereinsatz.

Soll das Produkt über den 5 Jahres-Zeitraum hinaus verwendet werden, ist eine Überprüfung des Zustandes / Überholen des Produktes durch qualifiziertes Personal notwendig. Die Lebensdauer kann sich abhängig von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege auch verkürzen. Die Lebensdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile, wie z. B. Räder und Kunststoffteile, die einer materialspezifischen Alterung und/oder Verschleiß unterliegen. Diese angegebene Lebensdauer hat keinen Bezug zur Gewährleistung oder Garantie

12. Wiedereinsatz

Vor einem Wiedereinsatz wenden Sie sich bitte an Ihren Hilfsmittellieferanten bzw. an Insors®GmbH. Das Udaption®-Produkt darf nur zum Wiedereinsatz weitergegeben werden, wenn es nach den Sicherheits- und Leistungsanforderungen von Insors®GmbH geprüft und aufbereitet worden ist.

13. Entsorgung

Die Udaption®-Produkte der Insors®GmbH sind nach den, in dem jeweiligen Land geltenden, Bestimmungen zu entsorgen.

14. Garantiebestimmungen

Insors®GmbH leistet auf alle Produkte der Marke Udaption® Garantie in vollem Umfang gegen jede Form von Produktmangel, für den Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, nachgewiesen durch einen Kaufbeleg (mit Verweis auf die Seriennummer insofern der Artikel eine trägt).

Diese 2 Jahres Garantie beinhaltet alle mit dem Produkt gelieferten Komponenten und schließt auch Folgen von Verschleiß, unsachgemäßer Bedienung oder fehlerhafter Installation ein.

Innerhalb dieser 2-jährigen Garantiezeit leistet Insors®GmbH kostenlosen Ersatz defekter Teile oder des kompletten Produkts durch neue oder neuwertige Komponenten. Versandkosten gehen zu Lasten von Insors®GmbH, Montageleistungen vor Ort sind jedoch von den Garantieleistungen ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind Schäden, welche auf bewusste Anwendung entgegen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder auf vorsätzliche Beschädigung zurückgehen.

Insors®GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare Schäden an Gegenständen oder Personen, die durch die Nutzung der Udaption®-Produkte, entstehen. Schadensersatz für Beschädigungen an adaptierten Hilfsmitteln, an Adoptionsbasen (Rollstuhl, Bett, Stuhl usw.), bzw. Möbeln schließt Insors®GmbH aus, sowie die Haftung für Personenschäden. Entschädigungen aufgrund Nutzungsfehlers durch fehlerhafte Insors®GmbH -Produkte können nicht geltend gemacht werden.

Erweiterte, jedoch eingeschränkte 5 Jahres Garantie auf alle Insors®GmbH -Produkte.
Insors®GmbH übernimmt für alle Produkte der Marke Udaption® die Gewährleistung für Material- und Verarbeitungsfehler für den Zeitraum von 5 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts, nachgewiesen durch einen Kaufbeleg mit Angabe der Seriennummer, wenn für das Produkt vorgesehen. Innerhalb der 5 Jahres Garantie leistet Insors®GmbH, nach eigenem Ermessen, kostenlosen Ersatz defekter Teile oder des kompletten Produkts durch neue oder neuwertige Komponenten, oder nimmt Reparaturen am ursprünglichen Produkt vor. Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden, Montageleistungen vor Ort sind ausgeschlossen. Diese eingeschränkte Garantie gilt für alle mit dem Produkt gelieferten Komponenten und deckt nur Probleme ab, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs zurückgehen. Hinweise auf Zu widerhandlung führen zum Erlöschen der Garantie für das Produkt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, wie Schrauben, Hebel und alle Gewinde, sowie Folgen aus unsachgemäßem Gebrauch.

15.Kundendienst

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Hilfsmittelberater / -Lieferanten oder an customercare@insors.de. Damit Ihnen so schnell wie möglich geholfen werden kann, sollten Sie Ihre Udaption®-Produkte bereithalten und in Kenntnis gesetzt sein, um welches Produkt es sich bei Ihnen handelt (Artikelnummer / Anleitungen Lieferschein o.ä. aus dem die genaue Bezeichnung / Konfiguration des Produktes hervorgeht).

16.Repräsentanten für das Land:

DE: Insors GmbH – Struthof 2 – 55595 Münchwald – www.insors.de – 0049 6706 9151630